

菜農子弟學校（002 校部）

2022-2023 學年 “校舍工程與設備購置-其他設備（特別室）”

招標編號:M22-0000352818

一、 招標目的：

為 2022/2023 學年菜農子弟學校（002 校部）發展計劃校舍工程與設備購置-其他設備（特別室）項目進行招標。

二、 招標方式：

以書面詢價的方式招標。

三、 招標單位：

單位名稱：菜農子弟學校

單位地址：澳門關閘馬路 40 號

聯絡人：顏老師/黃老師

聯絡電話：(+853)28435575

四、 投標須知：

1. 投標公司必須完全遵守招標單位制定的規則，始得參加投標。
2. 如投標的項目最終不獲教青局批給，校方有權取消該項目的判給。
3. 如投標的項目超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際的資助情況重新調整項目內全部或部份子項目的訂購數量。
4. 投標公司報價單可以提供同類型的服務或產品。
5. 投標公司必須為本澳合法及一直從事提供儀器產品及(或)服務之公司。
6. 投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
7. 投標公司必須有能力在獲悉得標後最遲於指定時間(180 日內)完成相關儀器配送和指導儀器使用方法並確保最終能在菜農子弟學校生物室實驗室正常運作。
8. 投標公司必須按投標內容的要求進行報價且報價單的有效期不少於 130 日。
9. 附件中各個項目可以個別報價，請列明是否可作部份項目購置。
10. 所有金額均需以澳門幣為標價單位。
11. 招標起訖日期:2023 年 3 月 03 日起至 2023 年 3 月 13 日 16:00 止。
12. 交標時必須提交：
 - ❖ 投標項目內容的詳細報價單
 - ❖ 回標表格（請不要把回標表格密封于標書內。遞交標書時職員會分別點收標書及回標表格。）

- ❖ 開業及營業狀態資料（請在文件上的開業日期作標示）
- ❖ 公司資歷及對投標項目相關經驗
- ❖ 投標項目用料或產品的相關資料(規格、安全認證、環保認證等)

13. 標書必須準時在截標日或以前交到招標單位。

14. 把載有投標項目需提交的所有資料密封，並註明“菜農子弟學校（002 校部）2022-2023 學年校舍工程與設備購置-其他設備(特別室)標書”和招標編號，派員把標書資料連同回標表格交到菜農子弟學校傳達室。同時，人員需辦理文件交收手續及簽署作實。

15. 注意：供應商需按招標文件列明的項目編號及項目內容提供報價資料，請勿改動項目編號及項目內容的描述。日後在獲判給後提供的合約、發票及收據等文件亦需按此原則處理。

五、開標：

1. 開標日期：2023 年 3 月 15 日 10: 00 分
2. 開標地點：菜農子弟學校
3. 開標方式：公開開標（註：為了對所提交的標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者 或其代表應出席開標儀式）；
4. 開標時，如有下列情事之一者，其所投之標無效：
 - ❖ 未依招標文件之規定投標；
 - ❖ 投標文件內容不符合招標文件之規定；
 - ❖ 偽造或變造投標文件；

六、評標標準：

按訂定之評分制度評定最高分者得標。

| 標準 | 百分比 |
|-----------|-----|
| 合理價格 | 50% |
| 設備或服務質量 | 15% |
| 過往經驗及售後服務 | 35% |

七、判給通知：

經由本校網頁 <http://www.choinong.edu.mo> 及電郵公佈判給結果。

八、附加說明文件：

由 2023 年 3 月 03 日起至遞交報價資料截止日期，參與投標之公司應密切注意本校有否附加說明文件及資料。

九、報價項目：


| 招標編號 | 招標項目 |
|----------------|---------------------|
| M22-0000352818 | 校舍工程與設備購置-其他設備（特別室） |

。

附件 A

-項目數量清單表

教學設備

| 項目編號 | 項目名稱 | 數量 | 單價 | 保養期 |
|----------|---|------|----|-------|
| 14.7.1.1 | <p>雙筒顯微鏡帶顯視屏</p> <p>規格：</p> <ul style="list-style-type: none"> -顯視屏(可拆卸式) -目鏡：10X*2 -物鏡：4X/10X/40X -四孔轉換器及載物活動平台 -配備：顯視屏  | 35 台 | | 一年保修起 |
| 14.7.1.2 | <p>超聲波中藥提取儀(破碎儀)</p> <p>規格：</p> <ul style="list-style-type: none"> -處理量：0.1—500ml -工作頻率：20—25 KHz -輸出功率：6.5—650W -占空比：0.1—99.9% -定時範圍：0—99.9h -工作時間：0.1—99.9s  | 1 台 | | 一年保修起 |
| 14.7.1.3 | <p>恆溫電熱板</p> <p>規格：</p> <ul style="list-style-type: none"> -溫控範圍：室溫+10—350(攝氏度) -加熱板尺寸：270*220 mm | 7 台 | | 一年保修起 |